

臺北市政府衛生局 函

地址：110204 臺北市信義區市府路1號東
南區1樓

承辦人：鄭慶浩

電話：1999(外縣市02-27208889)轉7077

傳真：02-27205321

電子信箱：a64058@gov.taipei

受文者：南投縣政府衛生局

發文日期：中華民國115年9月17日

發文字號：北市衛食藥字第1153140065號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：應回收產品型號及批號資料1份 (45149250_1153140065_1_ATTACH1. pdf)

主旨：有關香港商戈爾有限公司台灣分公司回收「“戈爾”威爾
棒周邊血管支架（衛部醫器輸字第031607號）」醫療器材
一案，請轉知所屬會員配合回收事宜，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部115年9月15日衛授食字第1151610270號函
辦理。
- 二、案係旨揭醫療器材，因加工設備參數問題，可能導致產品
遠端尖端與輸送導管位置錯位，可能使手術時間增加而造成
損傷，以及造成血管栓塞等風險，故啟動回收作業。案
經評估，本案受影響產品（如附件所列）依衛生福利部核
判係屬第二級回收。
- 三、為保障民眾使用安全，請惠予轉知所屬會員，各縣市衛生
局，請協助轉知轄內機構業者，如有案內產品請配合旨揭
公司回收事宜。
- 四、副本抄送香港商戈爾有限公司台灣分公司，請貴公司確實
回收案內產品，依「醫療器材回收處理辦法」相關規定及

藥政及毒防科 收文:115/09/18




A21150032824 有附件

說明一函文（諒達）辦理。

五、檢附應回收產品型號及批號資料1份。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、臺北市藥劑生公會、各縣市衛生局(除臺北市政府衛生局)(連江縣衛生福利局(已停用)除外)、連江縣衛生局

副本：香港商戈爾有限公司台灣分公司（含附件）



裝

訂

線

