

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

南投縣政府衛生局 函

地址：54062南投市復興路6號
承辦人：個案管理員 陳佳靖
電話：049-2222473 #420
電子信箱：chin16@ntshb.gov.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國115年9月21日

發文字號：投衛局藥字第1150032459號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨。

主旨：函轉衛生福利部通報美敦力醫療產品股份有限公司持有之「
“美敦力” 導航反光球(衛部醫器輸字第027155號)」醫療器
材回收訊息一案，請貴會轉知所屬會員配合回收作業，請查
照。

說明：

- 一、依據臺北市府衛生局115年9月15日北市衛食藥字第11531394832號函辦理。
- 二、案係旨揭公司回收訊息略以，受影響產品其表面反光塗層材料特性參差，可能影響光學導航手術設備中導航系統偵測及追蹤反光球的能力，進而造成手術延遲、手術取消、被迫在無導航下完成手術，或需進行額外手術等，故啟動回收作業。經衛生福利部評估，請依醫療器材回收處理辦法相關規定辦理第二級回收作業。
- 三、請轉知所屬會員立即下架勿再陳列販售旨揭醫療器材，並配合旨揭公司回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：南投縣醫師公會、社團法人南投縣藥師公會、南投縣藥劑生公會、南投縣西藥商業同業公會、南投縣醫療器材商業同業公會

副本：

局長陳南松