

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

南投縣政府衛生局 函

地址：54062南投市復興路6號
承辦人：個案管理員 陳佳靖
電話：049-2222473 #420
電子信箱：chin16@ntshb.gov.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國115年9月14日

發文字號：投衛局藥字第1150032001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨。

主旨：函轉美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司回收「“史賽克”噴射灌洗器（滅菌）」（衛署醫器輸壹字第014133號）醫療器材一案，請貴會轉知所屬會員配合回收作業，請查照。

說明：

- 一、依據臺北市府衛生局115年9月10日北市衛食藥字第11531383372號函辦理。
- 二、案係旨揭公司持有之醫療器材，受影響產品不與病患直接接觸的部分含有超過0.1%之塑化劑（DEHP），惟產品無相關標示，不符歐盟相關規定，故啟動回收作業。
- 三、請轉知所屬會員立即下架勿再陳列販售旨揭醫療器材，並配合旨揭公司回收作業，以維護民眾安全及權益。

正本：南投縣醫師公會、社團法人南投縣藥師公會、南投縣藥劑生公會、南投縣西藥商業同業公會、南投縣醫療器材商業同業公會

副本：

本案依分層負責規定授權主管科長決行

